

回 答 書

入札番号	第07-長物-012号	質問日	令和7年12月9日(火)	整理番号	
工事名	身延町児童福祉施設用自動体外式除細動器(AED)賃貸借	回答日	令和7年12月12日(金)		1

質問内容

- 1 仕様書2(10) 「リモート監視システム」とありますが、日本光電工業株式会社が提供するAEDリモート監視システムを利用して1日1回のAED自己診断結果の情報を弊社で受信し、消耗品の交換時期等を確認、異常がある場合はお客様ご指定の連絡先に弊社コールセンターから電話連絡によりご報告させていただき、AEDの異常内容をお客様にご確認頂く運用が必須であるとの認識でよろしいでしょうか。また上記対応に加え、AEDの稼動状態（AED本体の故障、パッドの使用期限、バッテリー残量）のレポート提出は必要でしょうか。必要な場合、レポートの提出のタイミングを「毎月」「隔月」「年1回」からお教え頂けますでしょうか。なおレポートの提出は遠隔監視システムをご利用の場合に限定したサービスでメールにて提出します。また設置場所の電波状況が悪い場合は、通信状況の改善する場所を検討し、それでも改善が難しい場合は、別途協議するとの認識でよろしいでしょうか。
- 2 仕様書7(2) 「既存機器7台を撤去」とありますが、産廃法の下取り行為として産業廃棄物収集運搬業の許可なく引き取りが可能であると考えてよろしいでしょうか。またその場合、無償での引き取りが必要となるため、廃棄費用は今回の提示金額に含まないと理解してよろしいでしょうか。

修正前の仕様書に対する質問です。
(仕様書修正日12月12日)

回答内容

- 1 本仕様書の条件を満たすものであれば差し支えありません。

- 2 産業廃棄物収集運搬に関しましては、お見込みのとおりです。下取り行為により、引き取っていただいた事業者が排出事業者になると解釈できますので、下取りに処分費用が含まれると考えています。
したがって、今回の提示金額には含まれません。

修正前の仕様書に対する回答です。
(仕様書修正日12月12日)

回 答 書

入札番号	第07-長物-012号	質問日	令和 7 年 12 月 9 日 (火)	整理番号	1
工事名	身延町児童福祉施設用自動体外式除細動器(AED)賃貸借	回答日	令和 7 年 12 月 12 日 (金)		

質 問 内 容

- 3 仕様書8(2)(3)(4) 消耗品について「交換」とありますが、消耗品の定期交換は、使用期限を迎える前に、QRコード読み取りで交換要領が分かれる案内文書と新しい消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。AED使用時には、弊社コールセンターへご連絡頂き、QRコード読み取りで交換要領が分かれる案内文書と補充消耗品を弊社負担で設置先に送付、消耗品は設置先のご担当者に交換して頂き、同梱の返送伝票で古い消耗品を返送頂く運用でよろしいでしょうか。
- 4 仕様書8(5) 「メーカー直通のコールセンター」とありますが、365日24時間対応可能なお客様からのご相談やお問い合わせに対応できる弊社のコールセンターがあればよろしいでしょうか。
万一の際の代替機準備や交換品の出庫手配、必要に応じて弊社担当者の対応手配が可能です。

回 答 内 容

3 差し支えありません。

4 差し支えありません。

回 答 書

入札番号	第07-長物-012号	質問日	令和 7 年 12 月 9 日（火）	整理番号	1
工事名	身延町児童福祉施設用自動体外式除細動器(AED)賃貸借	回答日	令和 7 年 12 月 12 日（金）		

質 問 内 容

- 5 仕様書9(1)、賃貸借約款第6条「動産総合保険」とありますが、添付文書の内容で動産総合保険同等以上を保証しておりますので、加入は不要でよろしいでしょうか。
- 6 仕様書10(1) 「年1回程度機器の動作確認を行い」とありますが、平成21年4月16日厚生労働省通知「自動体外式除細動器（AED）の適切な管理等の実施について」で求められるのは、①ステータスインジケーターのチェック、②パッドの使用期限チェック、③バッテリー残量のチェックであり、応札予定のAEDはセルフテストで十分に対応しており、異常がある場合はリモート監視システムにより確認ができますので、人員による点検は不要としてよろしいでしょうか。

回 答 内 容

5 お見込みのとおりです。

6 同等の動作確認の対応が可能であれば不要として差し支えありません。